

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

๑. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจชนิดพกพา สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมหายใจเข้าในตัวเครื่องโดยตรง (Direct Test) หรือเก็บลมหายใจแบบเป่าผ่าน (Passive Test) ใช้งานง่ายและให้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำ

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สะดวก โดยมีน้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กรัม
- ๒.๒ ตัวเครื่องมีขนาด : ๑๒๐ (สูง) X ๗๐ (กว้าง) X ๔๕ (หนา) มม.
- ๒.๓ มีจอแสดงผลชนิด Backlit LCD มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและสว่าง และแสดงหน่วยการวัดเป็น mg% (มิลลิกรัมเบอร์เร้น) ได้
- ๒.๔ ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นชนิด Electrochemical Fuel Cell สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลกระทบจากไอระเหยของสารอื่นที่อาจปะปนมากับลมหายใจ และมีความแม่นยำในการตรวจวัดโดยได้รับการรับรองจาก US DOT
- ๒.๕ สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ในช่วง ๐-๔๐ mg% (๐.๐๐๐-๐.๔๐ BrAC) และมีความไวในการวัดไม่เกิน ๑๐ วินาที สำหรับตัวอย่างลมหายใจที่มีหรือไม่มีแอลกอฮอล์ปะปน
- ๒.๖ ในการตรวจวัดสามารถใช้งานร่วมกับหลอดเป่าลมหายใจแบบเป่าตรง เมื่อต้องการวัดแบบ direct test หรือ Road block หรือใช้หลอดเป่าลมหายใจแบบกรวย เมื่อต้องการวัดแบบ passive test
- ๒.๗ สามารถปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องด้วยวิธี wet bath simulator หรือ dry gas standard ได้ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ๒.๘ สามารถเรียกแสดงข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งสุดท้ายโดยแสดงผลที่หน้าจอของเครื่อง
- ๒.๙ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน ๒ ก้อน และสามารถทำการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง
- ๒.๑๐ สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ ๐-๕๐ °C
- ๒.๑๑ ตัวเครื่องทำจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด ABS/Polycarbonate ให้ความแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทก
- ๒.๑๒ หลอดเป่าลมหายใจออกแบบให้เฉพาะกับการใช้ร่วมกันกับเครื่องตรวจฯ ซึ่งให้ความปลอดภัยต่อผู้ตรวจวัด
- ๒.๑๓ เป็นเครื่องมือที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๒.๑๔ มีใบสอบเทียบ Calibration เครื่องมือแพทย์ จากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ๓. อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| ๓.๑ | ยางหุ้มเครื่องป้องกันการกระแทก                       | ๑ ชิ้น  |
| ๓.๒ | สายคล้องข้อมือ                                       | ๑ ชิ้น  |
| ๓.๓ | กล่องบรรจุอุปกรณ์                                    | ๑ กล่อง |
| ๓.๔ | หลอดเป่าลมหายใจ แบบยาวสำหรับเป่าตรง (Direct test)    | ๑๐๐ อัน |
| ๓.๕ | หลอดเป่าลมหายใจ แบบกรวยสำหรับเป่าผ่าน (Passive test) | ๒ อัน   |

๒๒  
ประชานกรรมการ  
กรรมการ  
ก.ว.  
ก.ว.ก.ก.

#### ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ รับประกันคุณภาพเครื่อง ๒ ปี
- ๔.๓ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ต้องมาสาธิตการใช้เครื่องจนกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะสามารถใช้งานได้เอง
- ๔.๔ คู่มือการใช้งานภาษาไทย
- ๔.๕ บริษัทเข้ามาบำรุงรักษาเครื่อง ปีละ ๒ ครั้ง ในระยะเวลาอันสั้นรับประกันคุณภาพ
- ๔.๖ บริษัทมีช่างให้คำแนะนำและการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องได้
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่นำไปผลิตในประเทศไทย ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่นานั้น ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านมาตรฐาน CE, ISO๑๓๔๘๕ หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือรับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์โดย อ.ย., กระทรวงสาธารณสุข หรือดีกว่า

๙๙  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ