

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน**

๑. ความต้องการ เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความสะดวก คล่องตัว และเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วในเวลา ฉุกเฉิน สามารถปรับระดับเตียงได้ด้วยมือหมุน ไม่น้อยกว่า ๑ ไกร์ มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นเตียงสำหรับขนย้ายผู้ป่วย สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ, ปรับพนักพิงยกระดับศีรษะสูง-ต่ำได้ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นที่ทุกพื้นที่

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๓.๑ ขนาดของเตียง กว้าง X ยาว X สูง = ๖๔๐ X ๑๙๓๐ X (๕๒๐-๘๒๐) มิลลิเมตร โดยประมาณ
- ๓.๒ สามารถปรับระดับความสูงด้วยระบบมือหมุน และปรับพนักเตียงโดยการดึงมือจับบริเวณหัวเตียงเพื่อปรับระดับรวมกันปีกนกทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง สามารถปรับยกขึ้น-ลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๓ ด้ามมือหมุนเป็นสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน
- ๓.๔ มีระบบชีนเตอร์ล็อกทั้ง ๔ ล้อ สามารถควบคุมการหยุดโดยเหยียบล็อกที่ล้อได้ล็อกหนึ่ง
- ๓.๕ มีล้อกลาง(Center wheel) เพื่อช่วยในการควบคุม และปรับเปลี่ยนทิศทางในพื้นที่จำกัดเป็นไปได้ง่ายขึ้น
- ๓.๖ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ กิโลกรัม
- ๓.๗ การปรับระดับที่นอน บริเวณที่พักหลังได้ไม่น้อยกว่า ๐-๗๐ (+/-๕) องศา
- ๓.๘ โครงสร้างเตียงผลิตด้วยเหล็กกล้าคุณภาพสูง Electrophoresis coated steel with PP patient lying surface
- ๓.๙ นิ่มที่เก็บของวางของผู้ป่วยบนตัวเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย The placement space for patient belongings on the chassis of stretcher
- ๓.๑๐ ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ควบคุมการล็อกด้วยการเหยียบที่แป้น
- ๓.๑๑ ที่นอนใช้สุดกันน้ำ Water Proof PU cover ด้านในเป็น High Density Foam และมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเป็นที่นอนที่แบ่งเป็น ๒ ตอน แต่อยู่ในลักษณะรวมเป็นที่นอนเพียงชิ้นเดียว เพื่อรองรับผู้ป่วยในท่า Backrest ได้สะดวกขึ้น
- ๓.๑๒ ราวกีgn กันข้างเตียงเป็นแบบ PP side rail Collapsible สามารถพับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๑๓ มีแท่นวางถังออกซิเจนอยู่ด้านล่างส่วนรองรับแผ่นหลัง

๔. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

- ๔.๑ ที่วางถังออกซิเจนแบบแนวอน จำนวน ๑ ชิ้น
- ๔.๒ เสา IV สำหรับแขวนน้ำเกลือ จำนวน ๑ ชิ้น

.....*C.m*.....ประธานกรรมการ
.....*M.m*.....กรรมการ
.....*S.S*.....กรรมการ
.....*W.W*.....กรรมการ

๔.๓	เบาะกันน้ำแบบ ๒ ต่อน	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๔	เข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย	จำนวน ๒ เส้น
๔.๕	ถังออกซิเจน ขนาด ๐.๕ คิว	จำนวน ๑ ถัง
๔.๖	มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ	จำนวน ๑ เล่ม

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติ ๒ ปี พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดย มีการ ตรวจเช็คสภาพ ทุกๆ ๔ เดือน ภายในระยะเวลา รับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้การอบรมเพิ่มเติมหากยังมีปัญหาในการปฏิบัติงานตามที่สถาบันฯ ร้องขอ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ และ MDR EU REP Agreement หรือดีกว่า

๕.๕ ผู้เสนอราคามีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอยู่ให้สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่นำไปที่ผลิตในประเทศไทย ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์เท่านั้น

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะนำเข้าเสนอราคา

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงลายเซ็นข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา

...............ประ ранกรรมการ
.....Min.....กรรมการ
...............กรรมการ
...............กรรมการ